

Cuidado de la bomba intratecal

(Intrathecal pump care)



¿Cómo puedo estar seguro de que mi hijo recibe la dosis correcta de baclofeno?

Usted puede ayudar a su hijo a recibir la dosis adecuada de baclofeno:

- **Manteniendo todos los reabastecimientos de medicamentos y consultas de control.**
- Conociendo qué significan las alarmas de la bomba. Llame al médico de su hijo **de inmediato** si suena la alarma,
- Conociendo los síntomas de una sobredosis y una subdosis. Obtenga más información sobre estos síntomas en la página 2.
- Siguiendo cuidadosamente las instrucciones del equipo de atención médica.
 - No deje que el niño se mueva demasiado después de la cirugía ni que frote o juegue con la bomba.
 - El tubo que transporta el medicamento se puede aflojar.
 - Esto podría proporcionar una dosis insuficiente u ocasionar una suspensión repentina del medicamento. El niño necesitará ser tratado **de inmediato**.
 - Una suspensión repentina de la administración del medicamento puede causar síntomas de abstinencia serios, tales como:
 - Fiebre alta.
 - Un cambio en el estado mental.
 - Mayor rigidez y tensión muscular.
 - Comezón

¿Qué significa la alarma de la bomba?

Los pitidos o alarmas de la bomba de su niño suelen indicar que:

- El medicamento se está acabando y necesita recarga; o
- Hay un problema con la bomba.

La alarma se activa:

- Cada 10 minutos si la bomba se queda sin medicamento.
- Cada 10 minutos si hay un problema con la bomba
- Una vez cada hora cuando la bomba tiene muy poco baclofeno.

Solo dejará de sonar cuando el problema se solucione.

¿Qué debo hacer si la alarma se activa?

- **Debe actuar de inmediato si la alarma se activa.** Podría ser que el medicamento ya no está pasando de la bomba al líquido cefalorraquídeo. Llame al médico de su hijo **de inmediato**.
- Lleve **de inmediato** al niño a la sala de emergencia más cercana **si no logra contactar al médico**.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana.

Cuidado de la bomba intratecal, continuación

- Lleve la tarjeta de emergencia y la tarjeta del dispositivo implantado.
- Informe **de inmediato** al personal de la sala de emergencia que su hijo tiene una bomba intratecal.

Si la pantalla de la bomba indica un "Error de memoria" ("Memory Error"), usted puede:

- Llamar al 1-800-707-0933 para hablar con Servicios Médicos de los Servicios Técnicos de Medtronic, quienes también le pueden informar si la causa de la alarma es seria.
- Llamar a Servicios al Paciente al 1-800-510-6735 de 8 am a 5 pm, de lunes a viernes.

En caso de una emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911.

¿Cuáles son los síntomas de demasiado o muy poco baclofeno?

Algunos síntomas de **demasiado baclofeno (sobredosis)** pueden incluir:

- Debilidad muscular
- Tener mucho sueño o tener problemas para mantenerse despierto
- Sentirse mareado o aturdido
- Convulsiones
- Problemas para respirar o respiración lenta y superficial

Algunos síntomas de **muy poco baclofeno (subdosis)** pueden incluir:

- Nueva erupción o picazón
- Hormigueo
- Mayor rigidez y tensión muscular
- Fiebre superior a 101°F
- Un cambio en el estado mental, como:
 - Estar agitado
 - Actuando, confundido
 - Actuando menos alerta,
 - Tener respuestas lentas

Llame al médico de su hijo **de inmediato** si nota alguno de estos síntomas.

Lleve **de inmediato** al niño a la sala de emergencia más cercana si no logra contactar al médico.

- Lleve la tarjeta de emergencia y la tarjeta del dispositivo implantado.
- Informe **de inmediato** al personal de la sala de emergencia que el niño tiene una bomba intratecal.

En caso de una emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana.

Cuidado de la bomba intratecal, continuación

¿Qué debo saber sobre otros medicamentos y cuidados?

- Informe a todos los médicos, dentistas y trabajadores de salud sobre de la bomba del niño, incluyendo al personal del departamento de emergencia (ED), pues podrían tener que ajustar el tratamiento o sus medicamentos.
- **Si por algún motivo deben hacerle una resonancia magnética al niño, llame antes a su médico.**
 - El imán del escáner de la resonancia magnética puede afectar la bomba de su niño.
 - Es posible que el médico del niño tenga que revisar la bomba para asegurarse de que todavía está funcionando correctamente.
- Hable con el médico sobre cualquier otro medicamento que el niño esté tomando. Esto incluye medicamentos sin receta, productos herbales, suplementos y vitaminas.
- No suspenda la administración de ningún medicamento al niño de forma repentina.
- Informe al médico si el niño tiene otros problemas de salud.
- Mantenga la bomba del niño llena de medicamento y, para ello, acuda a todas las consultas de control.

¿Qué debo saber sobre viajes y actividades?

- Planifique con tiempo. Pida que le recarguen la bomba del niño antes de cualquier viaje,
- La bomba podría activar los detectores de metal del aeropuerto. Cuando viaje, muestre la tarjeta de urgencias (Emergency Card) y la del dispositivo implantado (Implanted Device Card) a los agentes de seguridad del aeropuerto.
- Estas actividades pueden dañar la bomba por los cambios de presión y temperatura, por lo que su niño **no podrá**:
 - Usar terapia de calor profundo, bañeras de hidromasajes, camas solares (tanning beds), ni Jacuzzis.
 - Bucear ni viajar en aviones no comerciales (militares).

Esta hoja educativa contiene sólo información general. Hable con el médico de su niño o con uno de los integrantes de su equipo de atención médica sobre el cuidado específico para él.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana.